

新北市私立徐匯高級中學招標公告

[招標機關] 新北市私立徐匯高級中學

[招標機關地址] 新北市蘆洲區中山一路1號

[招標單位名稱] 本校總務處庶務組

[中文標的名稱及數量摘要] 113上高中優質化輔助方案__自然科設備採購

[標的分類] 設備採購

[採購金額級距] 未達公告金額之採購

[是否屬共同供應契約採購] 否

[招標狀態] 公開招標

[聯絡人(或單位)] 總務處庶務組長李國樑

[電話] 02-2281-7565~8303

[傳真] 02-2281-7564

[領標及投標期限] 自公告日起至113年12月12日上午11時00分止

[開標日期] 113年12月12日下午14時10分

[開標地點] 依納爵2樓總務處

[投標文字] 中文

[履約地點] 新北市蘆洲區中山一路1號校區

[履約期限] 中華民國114年7月31日下午5時00分前完成

[收受投標文件地點] 新北市蘆洲區中山一路1號總務處庶務組

[決標原則] 非複數決標：訂有底價最低標得標

[決標方式] 總價決標

[疑義、異議受理單位] 本案招標機關

[廠商資格摘要]：

廠商登記或設立之證明，如「公司登記證明文件」、「商業登記證明文件」或列印公開於該主管機關網站之登記資料影印本（營業項目應載有執行與本案採購標的物相關業務）。

[招標文件領取方式及地點]：於學校網路公告下載。

[投標方式及地點]：

將相關公司證明文件及估價單投標截止期限內郵寄或親送學校。

[其他]：

*本校上班時間為上午八時至中午十二時、下午為一時至五時。



新北市私立徐匯高級中學

估價單

案名：113 上高中優質化輔助方案__自然科設備採購

113.11.20

項次	品名/規格	單位	數量	單價	總價	備註
1	紫外/可見光光譜儀套組	組	1			
2	加熱攪拌器	個	6			
	稅金	%	5			
	合計					含稅
總價新台幣：					元	含稅
1、以上報價含稅及一切組裝所須工資及料運等皆包含在內。 2、						
承辦單位：總務處庶務組 承辦人員：李國樑組長 聯絡電話：02-22817565#8303 傳真：02-22817564		報價廠商： 負責人： 統一編號： 地址：				

切 結 書

本公司參加新北市私立徐匯高級中學 113 上高中優質化輔助方案__自然科設備採購，自行遵照投標須知、補充說明及有關法令規定投標，絕無作弊壟斷標價，或借用證照、不法情事，倘有違反願受懲處，並放棄先訴辯權，又本廠商證照至投標日止亦未受主管機關吊銷情事，如有不實，願受法律制裁，如得標後始被註銷處分時，願接受取銷得標資格，絕無異議。特立此切結書為憑。

此 致

新北市私立徐匯高級中學

投標廠商：

負 責 人：

統一編號：

地 址：

中 華 民 國 年 月 日

新北市徐匯中學投標證件審查表

- ◆ 證件次序請依本表所列順序排列並將本表置於證件封首頁
- ◆ 檢附證件係影本者，應加蓋廠商及負責人印鑑並註記「與正本相符」文字
- ◆ 審查標準依據投標須知和投標須知補充說明

標案編號：

廠商名稱：

序號	證件封內應有的文件	廠商檢查合格打✓	本校檢查合格打✓	本校檢查不合格原因
1.	營利事業登記證			
2.	廠商及負責人印鑑 印模單正本			
3.	納稅證明			
4.	當年度公會會員證			
5.	金融機構信用證明 文件			
6.	切結書			
7.	說明漆料資料			

審查結果：☐合格 ☐不合格

審查人員：

徐匯中學 自然科設備採購規格表

項次	名稱	數量	規格
1	加熱攪拌器	6	- 轉速範圍: 50 rpm ~ 1,500 rpm - 平台直徑: 135 mm ($\pm 10\%$) - 最高加熱溫度: 310 °C - 平台材質: 陶瓷塗層不鏽鋼
2	紫外/可見光光譜儀套組	1	- 可即時測量光譜分布，並分析溶液比色、吸收光譜、穿透率 - 相容光徑長為 1cm 之方形或圓柱形比色槽 - 連接方式: USB - 搭配免費之專用軟體進行數據量測與分析(支援 Windows 與 MAC) - 軟體具以下模式: ● 搭配專用光纖探針分析未知光源 ● 溶液於連續不同波長下的吸光度與透射率分析 ● 溶液與濃度之間的分析 ● 溶液的吸收率隨反應時間的變化 - 內建光源: 氘 (UV)、鎢 (Vis) - 偵測器: 2048 CMOS 線性(報告間隔為 0.3nm) - 波長偵測範圍: 180 ~1050 nm - 光學解析度: 約 1.5nm - 光度精度: $\pm 5\%$ - 典型掃描時間 (取決於積分): 4ms~ 10s - 隨附專用光纖探針*1、半微量比色槽*10、石英比色槽*2、收納箱*1